

服务要求一览表

序号	名称	服务要求	服务期	质保期
1	维修更换 1.5T 核磁冷头、压缩机吸附器	压缩机吸附器： 1.1 过滤精度:1-25 微米 1.2 最大工作压力:10-50MPa 1.3 滤芯材料:金属网、不锈钢烧结网、玻璃纤维等	合同签订后 3 个工作日内完成	一年
		冷头（（密封件・防冻胶、冷头固定组件、核磁机用接机用转接口）： 2.1 第一级温度:43k 2.2 第二级温度 40k 2.3 一级制冷功率:50w@30k-45k 2.4 二级制冷功率:1.2w@3.5k-4.2k 2.5 工作环境温度要求:5-28° °C 2.6 点击转速:60rpm@50Hz 2.7 重量:19.5 公斤(42.9 磅) 2.8 冷头类型:4K 冷头 2.9 与整机匹配程度:原厂合格配件		