

临夏县中医医院公用笺

临县中院便函 (2025)168 号

临夏县中医医院

关于紧急维修 1.5T 核磁的申请报告

临夏县卫健局：

因我院放射科1.5T核磁近半月来出现异常，经GE厂家原工程师排查，主要问题：冷头使用时间已到，压力持续上升。为了不影响患者的诊疗进度及保障核磁主机正常运行，经院委会研究、提交党委会同意，急需维修更换核磁冷头及压缩机吸附器，约需资金19万元，资金由我单位自筹解决。

特此报告，请贵局批准。



请贵局批准。

王明利 18/8